



دوره سی و چهارم پائیز ۱۳۹۸

B4 Results

نمونه مجهول HbA1c B4/2

کد نمونه ۱۲۷۶	EQAP-19183	آزمایشگاه پویش
---------------	------------	----------------

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< ۰,۵
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	۰,۵ - ۱,۰
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	۱,۰ - ۲,۰
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	۲,۰ - ۳,۰
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> ۳,۰
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> ۱۰,۰

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
HbA1c	%	7.50	97	8.16	5.57	0.81