



B1 Results

نمونه سرم مجهول بیوشیمی

کد نمونه ۱۴۳۳	EQAP-19183	آزمایشگاه پویش
---------------	------------	----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< ۰,۵
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	۰,۵ - ۱,۰
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	۱,۰ - ۲,۰
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	۲,۰ - ۳,۰
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> ۳,۰
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> ۱۰,۰

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
GGT	U/L	57.20	287	52.88	10.13	0.78
Amylase	U/L	76.00	125	72.09	6.98	0.47
Na	mEq/L	141.80	796	143.06	2.03	0.55
K	mEq/L	3.70	776	3.89	3.62	1.65
Li	mEq/L	0.77	114	0.70	13.16	0.92
T3	ng/mL	0.77	19	0.90	14.12	0.98
T4	µg/dL	7.40	20	6.93	11.99	0.45
TSH	mIU/L	1.27	18	1.30	3.59	0.14