



FS Results

نمونه سرم مجهول غربالگری جنین

کد نمونه ۱۰۹۳	EQAP-19183	آزمایشگاه پویش
---------------	------------	----------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< ۰,۵
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	۰,۵ - ۱,۰
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	۱,۰ - ۲,۰
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	۲,۰ - ۳,۰
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> ۳,۰
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> ۱۰,۰

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
PAPP-A	mIU/mL	13.30	43	13.03	9.98	0.14
Free βhCG	ng/mL	37.70	67	33.79	15.41	0.77
hCG	IU/L	58339.90	6	63123.38	12.71	0.59
AFP	ng/mL	27.22	50	24.92	12.64	0.62
Unconjugated E3	ng/mL	0.54	66	0.52	17.81	0.24
Inhibib A	pg/mL	290.00	117	292.94	12.55	0.07